

Số: 717/BVĐH-QLTTBYT

Định Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo TR-8000; Thay thế các màng lọc, lõi lọc, kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra cho hệ thống nước RO; Thay thế vật liệu đầu vào màng RO nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Kỹ sư: Dương Thị Trà My - Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa.
 - Số điện thoại: 0888 507 015
 - Email: tramyys1995@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp qua bộ phận Văn thư, Phòng Tổ chức - Hành chính, quản trị Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa.
 - Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Kiên - Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - Thái Nguyên.
 - Email: bvdckhuyendinhhoa@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 9 năm 2024 đến trước 09h ngày 16 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng sau:

STT	Tên máy	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy chạy thận nhân tạo	Bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo Model: TR-8000 Hãng: Toray Medical Co., Ltd Nước sản xuất: Nhật Bản	Máy	05
2	Hệ thống nước RO			

2.1	Lõi lọc nước RO LCLE – 4040	- Màng áp thấp - Màng lọc thẩm thấu ngược RO - Kích thước dài: 40.00 inches (1016 mm) - Áp suất vận hành tối đa: 600 psig (41 bar) - Lưu lượng nước xử lý: 9.5 m ³ /ngày - Tỷ lệ loại bỏ NaCl trung bình: 99.2% - Tỷ lệ loại bỏ NaCl tối thiểu: > 99.00% - Phạm vi PH: Hoạt động liên tục: 2,0-11,0 - Phạm vi PH: Vệ sinh tại chỗ (CIP): 1.0 -13.0 - Lượng chlorine tự do: < 0.1 ppm	Cái	02
2.2	Lõi lọc 5 micro – 20 inch	- Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20inch - Cấp độ lọc: 5µm	Cái	05
2.3	Lõi lọc PP dạng nếp 0.2 micro – 10 inch	-Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 10inch - Cấp độ lọc: 0.2µm	Cái	02
2.4	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Kiểm tra 22 chỉ tiêu hoá lý , 01 chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật, chỉ tiêu Endotoxin (Theo tiêu chuẩn AAMI của Mỹ)	Mẫu	01
2.5	Thay cát lọc nước	- Kích thước 1-2 mm	Kg	75
2.6	Thay sỏi lọc nước	- Kích thước 4-7 mm	Kg	50
2.7	Thay hạt lọc nước FeMas	- Kích thước 2-4mm - Tỷ trọng 1500kg –1600kg/m ³	Kg	75
2.8	Thay than hoạt tính Calgon Carbon- Carbsorb30	- Chỉ số i-ôt: 900 mg/g - Khối lượng riêng: 0.45-0.60g/cc	Kg	50
2.9	Thay hạt nhựa Amberlite IRC120 Na	- Dung lượng trao đổi ≥ 2 meq/mL; - Tỷ trọng 820g/L; - Mật độ hạt: 1.27g/mL	Lít	150

III. Các thông tin khác:

- Báo giá bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển, công thay thế vật liệu linh kiện, hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật của hệ thống và chuyên giao kỹ thuật và các khoản chi phí khác có liên quan.

- Để đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị do các đơn vị chào giá so với yêu cầu của Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các yêu cầu. Các báo giá không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu Bệnh viện không có đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét, quyết định.

Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa rất mong nhận được báo giá của các Nhà cung cấp dịch vụ và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tổ QLTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phùng Đức Sầm